

N 系列差分探头

■ N1000A



INSTRUCTION MANUAL

使用说明书

一、簡述：

N1000A 差動測試棒提供一個安全的儀器給所有的示波器使用，它可以轉換由高輸入的差動電壓($\leq 1400\text{V PEAK TO PEAK}$)進入一個低電壓($\leq 7\text{V}$)，並且顯示波形在示波器上，使用頻率高達 40MHz ，非常適合大電力測試、研發、維修使用。

差動測試棒輸出標示是設計在操作示波器 $1\text{M}\Omega$ 的輸入阻抗的相對衰減量，當使用 50Ω 匹配器進衰減量剛好為 2 倍量。

N1000A 差動測試棒，也建議選購本公司生產的 PL-10 阻抗轉換器，可以延伸差動測試棒的應用範圍-可以在電錶上觀測更精確的實際測量電壓值(示波器精確度為 1% ,數位電錶約精準 10 倍)。

二、規格：

- (1) 頻寬：
DC- 40MHz
- (2) 衰減： $\times 100, \times 1000$
- (3) 精確度： $\pm 1\%$
- (4) 輸入電壓範圍(DC+AC PEAK TO PEAK)
 $\leq 140\text{V}$ for $\times 100$, (約 50V RMS)
 $\leq 1400\text{V}$ for $\times 1000$, (約 500V RMS)
- (5) 允許最高輸入電壓：
最高差動電壓： 1400V (DC+AC PEAK TO PEAK)
輸入端及接地端間最高電壓： 5KV RMS
- (6) 輸入阻抗：
差動： $8\text{M}\Omega / 1\text{pF}$
單端到接地端間的輸入阻抗： $4\text{M}\Omega / 2\text{pF}$
- (1) 輸出電壓： $\leq 7\text{V}$
- (2) 輸出 阻抗： 50Ω
- (3) 上升時間：
 9ns for $\times 1000$
 9ns for $\times 100$
- (4) 雜訊抑制率：
 60Hz : $> 80\text{dB}$; 100Hz : $> 60\text{dB}$; 100KHz : $> 50\text{dB}$
- (5) 指定外接 6V DC 電源
- (6) 耗電：最大耗電量 150mA (0.9 瓦特)

三、操作環境及狀況

	一般狀態	使用操作中	儲存
溫度	$+20^{\circ}\text{C} \cdots +30^{\circ}\text{C}$	$0^{\circ}\text{C} \cdots +50^{\circ}\text{C}$	$-30^{\circ}\text{C} \cdots +70^{\circ}\text{C}$
濕度	$\leq 70\%\text{RH}$	$10\% \cdots 85\%\text{RH}$	$10\% \cdots 90\%\text{RH}$

(1) 尺寸及重量： $165 \times 69 \times 26\text{mm}$;

(2) 電子安全規範 IEC 1010-1

雙絕緣

安裝類目 III

污染程度 2

相關電壓或最大接地：5KV RMS

CE：EN50081-1 及 50082-1

四、操作程式

將 BP-250 與 N1000A 的輸出端連接，並與示波器連結。

如有需要先調整示波器上的垂直開關。

將示波器上的衰減率及垂直開關調整到一致的位置，如下表。

注意：電源必須打開。

衰減	×1000	×100
輸入電壓 (DC+AC PEAK TO PEAK)	1400V	140V

(注意)

實際的垂直偏向是等於衰減乘上示波器上所選擇的垂直偏向，例如是使用負載 50Ω 的兩倍。

■ 維護

保養此產品時請使用原廠指定的工具，原廠將不負任何責任由其他不被認可的維修人員所做的維修。

■ 清潔

此產品不需要任何特定的清潔，如有需要，請用輕軟乾淨的布沾上微量的清潔液輕輕的在產品外觀擦拭。

■ 保固

除了在人為上的特意損壞，本產品是受保固並可以維修的，並不包含在安全規範的責任。

保固是以不超出發票上的金額，零件的更換及運送的費用。

保固是僅在正常操作下而造成的損壞，並不包含任何刻意的損壞，操作上的錯誤，機械上的操作不當，保養不當，負載或過壓。

原廠的保固是賣出後的 12 個月內，如有任意的非原廠的維修或更換零件，原廠保固將自然取消。

■ 維修

有任何的維修，保養或更換零件是在保固以外，請將產品退回原廠維修。