

通信电力线安规测试仪

UL-60950G



符合下列标准

- > IEC 60950-1
- > EN 60950-1
- > UL 60950-1
- > GB 4943
- > YD-T 993

概 述

UL-60950G 通信电力线安规测试仪是对电力线感应及电力线接触试验的特点和要求而专门设计的高可靠性测试仪器。该仪器完全符合 UL60950中相关标准的要求，可以为被试设备在电力线感应及电力线接触试验中提供一个准确依据。测量及检测装置包括对发生器所有状态的检测和测量，如电源的投入、电流电压的大小、频率、试验的状态等，并能实时显示。

特 点

- > LCD 液晶屏
- > 嵌入式系统主控单元
- > 电流电压 LCD 实时显示
- > RS232通讯接口，可实现远程控制

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | |

技术参数	
试验次数设定	1-999
试验间隔时间	50S-9小时99分99秒
试验持续时间	MAX9小时99分99秒
试验电压设定	20-600 V
试验方式	模式1/2/3/3 A/4/5
输出电流	MAX: 60 A; 过流保护
测量显示精度	电流、电压优于10% 频率: 优于1 Hz
绝缘强度	≤500 V RMS (N 对地参考 PE)

通用参数	
工作电源	单相, 220 V±5%≥25 KVA 50 Hz±2%
环境温度	15-35 °C
相对湿度	45%-75%
接地电阻	不大于0.5 Ω
外形尺寸	19英寸/35Ux2 (600x1800x1820 mm)
重量	约200 kg



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru