

KIPX56-9613B 手持式喷水试验装置

IEC60529、GB4706、GB4208、GB2423、GB7000

本试验装置根据 IEC60529、GB4706、GB4208、GB2423、GB7000 及其它相关标准设计制做，可进行防水等级第二特征数字为 5 (IPX5) 和 6 (IPX6) 的电气设备防水试验，用于检测具有防喷水功能的器具的防护性能，是电器生产厂家、电器气检验部门及专门认证机构所必备的设备。



可选配加装流量计
(图片仅为参考，以实物为准)

基本规格：Description:

采用流量计控制水流速度	(IP 标志第二位特征数字 5) 为 12.5L/min $\pm$ 5% (IP 标志第二位特征数字 6) 为 100L/min $\pm$ 5%
喷嘴内径	(IP 标志第二位特征数字 5) 为 $\varnothing$ 6.3mm (IP 标志第二位特征数字 6) 为 $\varnothing$ 12.5mm
试验时间	按外壳表面积计算 1min/m ² ，最少 3min (用户可根据需要自由设定时间，由控制系统控制，控制系统需另购)
主水流的中心部分离喷嘴 2.5m 处离喷嘴 2.5m 处	(IP 标志第二位特征数字 5) 为直径约 40mm 的圆 (IP 标志第二位特征数字 6) 为直径约 120mm 的圆
喷水装置整套构成	由水阀门、压力表、软管、接头、喷嘴等组合连接而成，材质为 AL6061 铝材与 SUS#304 不锈钢
水压	80 ~ 100Kpa，水压可调 (由供水系统提供，供水系统需另购)

