

Fluke 1503 绝缘电阻测试仪



主要特性

- 绝缘测试量程:
 - 0.1 MΩ 到 2000 MΩ
- 绝缘测试电压:
 - 500 V、1000 V
- 远程测试探针便于执行重复测试以及在难以接近的场所执行测试
- 实时电路检测功能禁止在电压高于 30 V 时进行绝缘测试，提升了安全级别
- 自动释放电容性电压可以更好地保护用户的安全
- 交流/直流电压: 0.1 V 到 600 V
- 200 mA 连续电流
- 电阻: 0.01 Ω 到 20.00 kΩ
- 自动关闭功能节省了电池电量
- 宽大背光显示屏便于读取测量结果
- CAT IV 600 V 过压类别等级提升了用户的安全级别
- 每个测试仪均附带远程探针、测试线、探针和鳄鱼夹
- 配装可选的 Fluke TPAK 磁性悬挂系统使您可以腾出手来从事其它工作
- 四节 AA 碱性电池（NEDA 15 A 或 IEC LR6）至少可以进行 1000 次绝缘测试
- 一年质保

产品概述: Fluke 1503 绝缘电阻测试仪

Fluke 1503 绝缘测试仪精巧细致，结实耐用，并且操作非常方便。由于可以接受多种不同的测试电压，它们成为众多检修、调试和预防性维护场合的理想工具。

这些工具还配备了远程探针等其它组件，这使得测试过程非常快捷，而且节省了成本。

更有如下官方授权天猫专卖店，供您选择适合的购买方式：

Fluke乐达专卖店	Fluke西光专卖店	Fluke福禄克仁特专卖店
Fluke新杰创立专卖店	Fluke瑞泰凯博专卖店	Fluke雷沃专卖店
Fluke科创专卖店		

绝缘电阻仪的常规操作演示

[手持式电桥（电感/电容/电阻测试仪） 福禄克安博 LCR55A](#)

产品规格: Fluke 1503 绝缘电阻测试仪

交流/直流电压测量		
精度	量程	600.0 V
	分辨率	0.1 V
	50 Hz 至 400 Hz ±（读数的 % + 位数）	±(2% + 3)
输入阻抗	3 MΩ（标称） ， < 100 pF	
共模衰减率（1 kΩ 不平衡）	直流时 > 60 dB、50 或 60 Hz	
过载保护	600 V rms 或直流	
接地连接电阻测量		
范围/分辨率	20.00 Ω	0.01 Ω
	200.0 Ω	0.1 Ω
	2000 Ω	1.0 Ω
	20.00 kΩ	0.01 kΩ
精度	±(1.5% + 3)	
过载保护	2 V rms 或直流	
开路测试电压	> 4.0 V, < 8 V	
短路电流	> 200.0 mA	
绝缘规格		
测量值范围	0.01 MΩ 至 2000 MΩ	
测试电压	500 V、1000 V	
测试电压准确度	+ 20% , - 0%	

短路电流	1 mA（标称）				
自动放电	放电时间 < 0.5 秒，C = 1 μF 或更少				
带电电路指示器	在初始化测试前，如果终端电压 > 30 V，进行抑制测试				
最大电容性负载	在 1 μF 以下的负载可操作				
测量精度	输出电压	显示范围	分辨率	测试电流	精准度 ±（% 读数 + 最低有效位数）
	500 V（0 % 到+ 20 %）	0.1 到 20.0 MΩ	0.01 MΩ	1 mA @ 500 kΩ	±（2.0%+5）
		20.0 到 200.0 MΩ	0.1 MΩ		
		200 到 500 MΩ	1 MΩ		
	1000 V（0 % 到+ 20 %）	0.1 到 200.0 MΩ	0.1 MΩ	1 mA @ 1 MΩ	±（2.0%+5）
		200 到 2000 MΩ	1 MΩ		
通用技术指标					
施加到任何端子的最大电压：	600 V AC rms 或 DC				
存放温度	-40 °C 至 60 °C（-40 °F 至 140 °F）				
工作温度	-20 °C 至 55 °C（-4 °F 至 131 °F）				
温度系数	温度 < 18 °C 或 > 28 °C（< 64 °F 或 > 82 °F）时，0.05 x（指定精度）/°C				
相对湿度	10 °C 至 30 °C（50 °F 至 86 °F）时，0% 至 95%				
	30 °C 至 40 °C（86 °F 至 104 °F）时，0% 至 75%				
	40 °C 至 55 °C（104 °F 至 131 °F）时，0% 至 40%				
振动	随机，2 g，5-500 Hz，依据 MIL-PRF-28800F 2 类仪器				
撞击	按照 IEC 61010-1 第 2 版的规定，1 米跌落（1 米跌落测试，六面，橡木地板）				
电磁兼容性	在一个 3 V/M 的射频磁场内，精确度 = 指定精度 (EN 61326-1:1997)				
安全性	符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04，和 IEC/EN 61010-1 第 2 版，IV 类测量 600 V (CAT IV)				
认证	CSA 按照标准 CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04；TUV 按照标准 IEC/EN 61010-1 第 2 版				
电池	四节 AA 电池（NEDA 15A 或 IEC LR6）				
电池寿命	绝缘测试用途：		室温条件下，新的碱性电池可供仪表进行至少 1000 次绝缘测试。这些标准结果是在将 1000 V 通过 1 MΩ 电阻的情况下测得的，工作周期为 5 秒钟开，25 秒钟关。		
	电阻测量：		室温条件下，新的碱性电池可供仪表进行至少 2500 次接地连接绝缘测量。这些标准结果是在 1Ω 电阻的情况下测得的，工作周期为 5 秒钟开，25 秒钟关。		
尺寸（高 x 宽 x 长）	5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in)				
重量	550 g (1.2 lb)				
IP 防护等级	IP40				

海拔	工作海拔	2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V
	非操作（存放）	12000 m
过量能力	110% 量程	
内含附件	TL224 测试导线，TP74 测试探头，夹子零件号为 1958654（红色）和 1958646（黑色），皮套和远程探头	

Ordering information



Fluke 1503

绝缘万用表

包括:

- 远程探针
- 测试导线
- 测试探头
- 弹簧夹
- 皮套
- 用户手册

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳

使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2021 福禄克公司
11/2021

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229