



测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见U-13页

■ 选件

内径表检测支架(No.12AAK824)

* 可用于511系列标准内径表和带测微头内径表、盲孔内径表的检查。



支架应用实例

No.12AAK824: 内径表检测支架

170系列 — UDT-2校表仪

- 用于校准分度值为0.01mm的指针式指示表、
 - 轴套/安装孔: $\phi 6\text{mm}$ 、 $\phi 8\text{mm}$ 。
- 杠杆表和内径表的精度检测仪。



170-102-12
UDT-2

■ 规格

货号	型号	微分头		精度(μm)	
		分度值(mm)	测量范围(mm)	进给精度 (25 mm 行程)	回程误差
170-102-12	UDT-2	0.001	0 - 25	± 2	0.5

521系列 — 校表仪

- 用于校准分度值为0.001mm的指针式指示表、
 - 通用支架可动，无需其它附件就能够安装
- 表、杠杆表，以及调整电子比较仪的灵敏度。 各种检出器(轴套/安装孔: $\phi 4 - \phi 10\text{ mm}$)。



校准杠杆表



521-103
UDT-103

■ 规格

货号	型号	微分头		精度(μm)	
		分度值(mm)	测量范围(mm)	示值误差	回程误差
521-103	UDT-103	0.0002	0 - 1	± 0.2	0.2
521-105	UDT-105	0.0002	0 - 5	± 0.8	0.8